

Formularz oferty

na wykonanie zamówienia o wartości od 50 000,00 zł netto do 130 000,00 zł netto

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252
Szczecin

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

**DOSTAWA ZESTAWÓW DO ECMO DLA DOROSŁYCH DO SYSTEMU CARDIOHELP DLA SPSK
NR 1 SZCZECIN, UL. UNII LUBELSKIEJ 1**

III. Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....
NIP

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ogólną kwotęzł brutto, w tym:

- a) cena netto to: zł
słownie netto: zł
- b) podatek VAT:zł

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i załączenia wraz z ofertą na wykonanie zamówienia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

Zestaw do ECMO dla dorosłych do systemu CARDIOHELP

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/PARAMETRY	ILOŚĆ	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka VAT	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto)	Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT)	Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto	Producent/ nr katalogowy bądź jego brak
1.	Kaniuła żylna z konektorem 3/8"x3/8" w rozmiarach 19,21,23,25Fr o długości 38 i 21,23,25,29FR o	10 szt.							

	długości 55 cm								
2.	Kaniuła tętnicza z konektorem 3/8"x3/8" cała oraz przyłączem LLw rozmiarach 13,15,17,19,21,23Fr o długości 15cm i 15,17,19,21,23 o długości 23 cm	10 szt.							
3.	Zestaw do wprowadzania kaniul metodą Seldingera: zawierający Iglę 8Ga, rozszerzadła 10/12, 12/14, 14/16, 16/18; przewodnik 0,038" z końcówką J o długości 100 lub 150 cm; skalpel i strzykawka 20ml	8 szt.							
4.	Zestaw jednorazowy do procedury ECMO V-V, ECMO V-A kompatybilny z urządzeniem Cardiohelp Oksygenator z drenami powlekany powłoką heparynowo-albuminową czas działania: 30 dni parametry oxygenatora ECMO: Max przepływ krwi: 0,5-7l/min 0,5-5l/min Powierzchnia wymiany gazowej:1,8 m2 Powierzchnia wymiennika ciepła: 0,4 m2 Wypełnienie:273 ml Wypełnienie zestawu 600 ml, Długość drenów: 2x2.3	5 szt.							
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU									

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca jest zobowiązany do podania w treści ww. szczegółowego formularza cenowego parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę produktów.

Brak spełnienia któregokolwiek z parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w zaproszeniu do składania ofert spowoduje odrzucenie oferty.

- a) warunki płatności:
Przelew 60 dni

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu².

Załącznikami do niniejszego formularza są:

1. Katalog lub broszura informacyjna w języku polskim z zaznaczeniem oferowanego produktu.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć, podpis Wykonawcy)

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

