

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Szczecin, dn. 22.07.2026 r.

Zamawiający:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę krzeseł ewakuacyjnych z napędem elektrycznym (2 szt.) dla USK-1 w Szczecinie.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie, dokonuje modyfikacji treści Zaprośzenia do składania ofert w niniejszym postępowaniu. Poniższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji zamówienia:

1. MODYFIKACJA TABELI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

W sekcji „**KONSTRUKCJA I MATERIAŁY**” pkt 2 zmienia się wymaganie:

Było: „2. Konstrukcja w pełni składana, umożliwiająca kompaktowe przechowywanie i łatwy transport (szerokość po złożeniu nie większa niż 50 cm). – TAK”

Jest: „2. Konstrukcja w pełni składana, umożliwiająca kompaktowe przechowywanie i łatwy transport (szerokość po złożeniu nie większa niż 52 cm). – TAK”

W sekcji „**UKŁAD JEZDNY I TRAKCJA**” pkt 1 zmienia się wymaganie:

Było: 1. Napęd elektryczny zasilany akumulatorowo, pozwalający na bezwysiłkowy wjazd i zjazd po schodach obsługiwany przez jednego operatora.

Jest: 1. Napęd elektryczny zasilany akumulatorowo (technologia Li-Ion lub równoważna bez efektu pamięci), pozwalający na bezwysiłkowy wjazd i zjazd po schodach obsługiwany przez jednego operatora.

W sekcji „**UKŁAD JEZDNY I TRAKCJA**” pkt 2 zmienia się wymaganie:

Było: 2. Wytrzymałe, gumowe gąsienice zapewniające pełną stabilność i płynność ruchu na stopniach schodowych.

Jest: 2. Wytrzymałe, gumowe gąsienice (profilowane/żebrowane) zapewniające pełną stabilność i płynność ruchu na stopniach schodowych.

W sekcji „**UKŁAD JEZDNY I TRAKCJA**” pkt 3 zmienia się wymaganie:

Było: 3. Zintegrowany, automatyczny system bezpieczeństwa na podjeździe (funkcja blokady/hamulca typu **STOP**), zapobiegający samoczynnemu zsuwaniu się urządzenia po zwolnieniu przycisku sterującego.

Jest: 3. Zintegrowany, automatyczny system bezpieczeństwa na podjeździe (funkcja blokady/hamulca typu **STOP** lub aktywnego hamowania), zapobiegający samoczynnemu zsuwaniu się urządzenia po zwolnieniu przycisku sterującego.

2. USUNIĘCIE WEWNĘTRZNEJ SPRZECZNOŚCI W KRYTERIACH OCENY OFERT

W sekcji „**POZOSTAŁE WARUNKI**” wykreśla się w całości akapit wprowadzający sprzeczność z późniejszym podziałem wagowym 60/40.

Wykreśla się zapis o treści: „Oferty będą oceniane według najkorzystniejszej ceny (najkorzystniejsza jest oferta z najniższą ceną), przy spełnieniu pozostałych opisanych w niniejszym ogłoszeniu parametrów i warunków.”

Jedyną, obowiązującą zasadą oceny pozostaje ocena wielokryterialna opisana w punkcie 4 Zaprośzenia: **Cena – 60%, Parametry Techniczno-Jakościowe – 40%.**

3. KOREKTA BŁĘDU FORMALNEGO DOT. WARUNKÓW PŁATNOŚCI

W sekcji „POZOSTAŁE WARUNKI” pkt 3 dokonuje się zmiany definicji dokumentu odbiorowego przy zakupie inwestycyjnym.

Było: „[...] Faktura VAT wystawiana po otrzymaniu protokołu zużycia asortymentu ze strony Zamawiającego.”

Jest: „[...] Faktura VAT wystawiana po podpisaniu **protokołu odbioru końcowego (jakościowo-ilościowego)** przez Zamawiającego.”

4. SPROSTOWANIE W KRYTERIUM JAKOŚCIOWYM (SZEROKOŚĆ)

W sekcji „POZOSTAŁE WARUNKI” pkt 4, w tabeli opisującej podkryteria jakościowe, dokonuje się sprostowania omyłki logicznej w punktacji parametru.

Było:

PODKRYTERIUM JAKOŚCIOWE	SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
Maksymalny udźwig urządzenia	• Udźwig od 130 kg do 159 kg: 0 pkt • Udźwig od 160 kg do 200 kg: 10 pkt • Udźwig powyżej 200 kg: 20 pkt
Okres gwarancji na konstrukcję ramy	• Minimalna gwarancja (24 miesiące): 0 pkt • Gwarancja od 36 do 48 miesięcy: 5 pkt • Gwarancja 60 miesięcy i więcej: 10 pkt
Kompaktowość po złożeniu (szerokość)	• Szerokość po złożeniu poniżej 30 cm: 10 pkt • Szerokość po złożeniu 30 cm i więcej: 0 pkt

Jest:

PODKRYTERIUM JAKOŚCIOWE	SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
Maksymalny udźwig urządzenia	• Udźwig od 130 kg do 159 kg: 0 pkt • Udźwig od 160 kg do 200 kg: 10 pkt • Udźwig powyżej 200 kg: 20 pkt
Okres gwarancji na konstrukcję ramy	• Minimalna gwarancja (24 miesiące): 0 pkt • Gwarancja od 36 do 48 miesięcy: 5 pkt • Gwarancja 60 miesięcy i więcej: 10 pkt
Kompaktowość po złożeniu (szerokość)	• Szerokość po złożeniu poniżej 50 cm: 10 pkt • Szerokość po złożeniu od 50 cm do 52 cm: 0 pkt

5. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z wprowadzeniem istotnych modyfikacji treści Zaproszenia, działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający przedłuża termin składania oraz otwarcia ofert.

Termin składania/otwarcia ofert:

Było: 31.07.2026 r.

Jest: **04.08.2026 r.** (godzina pozostaje bez zmian)

Pozostałe warunki, wymagania oraz wzory matematyczne opisane w Zaproszeniu do składania ofert pozostają bez zmian.
